

عنوان آزمایش : Renin (upright)-CLIA
عنوان دستگاه : IDS
سری ساخت : ۴۴۶۹
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
عنوان کنترل : کنترل I

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۰	۱.۴۶۷	۱۰.۲۹۹	۱۱.۷۶۶	۱۳.۲۳۳	۱۴.۷	۱۶.۱۶۷	۱۷.۶۳۴	۱۹.۱۰۱

مقدار	تاریخ
۱۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۱۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۱۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۷

مقدار	تاریخ
۱۶.۳	۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۱۴.۵	۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۱۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۱۳.۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۲
۱۸.۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۰

مقدار	تاریخ
۱۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۱۷.۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۷
۱۳.۲	۱۴۰۰/۰۲/۳۰
۱۵.۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۱

CV%: 9.84	SD: 1.545	Mean: 15.7
-----------	-----------	------------

