

عنوان آزمایش : Renin (upright)-CLIA
عنوان دستگاه : IDS
سری ساخت : ۴۴۶۹
عنوان کنترل : عنوان کنترل I
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۲/۰۱

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۰	۱.۴۶۷	۱۰.۲۹۹	۱۱.۷۶۶	۱۳.۲۳۳	۱۴.۷	۱۶.۱۶۷	۱۷.۶۳۴	۱۹.۱۰۱

مقدار	تاریخ
۱۱	۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۱۷	۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۱۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۱۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۲
۱۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۷

مقدار	تاریخ
۱۳.۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۲
۱۸.۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۰
۱۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۱۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۱۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۷
۱۳	۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۱
۱۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۴

مقدار	تاریخ
۱۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۱۷.۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۷
۱۳.۲	۱۴۰۰/۰۲/۳۰
۱۵.۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۱
۱۶.۳	۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۱۴.۵	۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۱۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۰

CV%: 12.91	SD: 1.925	Mean: 14.914
------------	-----------	--------------

