

Diasorin I : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۵/۱۹:

سری ساخت : ۷۵۲۰۳۰۰

عنوان آزمایش : (Renin upright)
عنوان دستگاه : لیازون

%CV	SD	SD ^{۲-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۶.۰۱۶	۱.۴۴۷	۱۹.۷۰۹	۲۱.۱۵۶	۲۲.۶۰۳	۲۴.۰۵	۲۵.۴۹۷	۲۶.۹۴۴	۲۸.۳۹۱

مقدار	تاریخ
۲۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۲۵.۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۹

مقدار	تاریخ
۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۲۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۲۵.۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۵

مقدار	تاریخ
۲۶.۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۱
۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۴
۲۶.۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۲۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۳

CV%: 5.157	SD: 1.304	Mean: 25.28
------------	-----------	-------------

