

عنوان آزمایش : Renin (upright) عنوان کنترل : کنتترل II
عنوان دستگاه : IDS سری ساخت : /۴۴۷۰ شروع کنتترل : ۱۴۰۱/۱۱/۰۸

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۹.۶	۷.۲	۸۶.۵	۹۳.۷	۱۰۰.۹	۱۰۸.۱	۱۱۵.۳	۱۲۲.۵	۱۲۹.۷

مقدار	تاریخ
۱۰۳	۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۱۰۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۶

مقدار	تاریخ
۹۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۷
۱۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۹
۱۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۱۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۱

مقدار	تاریخ
۱۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۱۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۹۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۲
۱۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۴

CV%: 8.362	SD: 8.897	Mean: 106.4
------------	-----------	-------------

