

عنوان آزمایش : (Renin (upright
عنوان دستگاه : IDS
سری ساخت : ۴۴۷۰
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
کنترل II :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۶.۴۴۳	۶.۹۶۵	۸۷.۲۰۵	۹۴.۱۷	۱۰۸.۱	۱۱۵.۰۶۵	۱۲۲.۰۳	۱۲۸.۹۹۵

مقدار	تاریخ
۱۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۱۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۹

مقدار	تاریخ
۱۱۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۱۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۴

CV%: 3.678	SD: 4.082	Mean: 111
------------	-----------	-----------

