

Diasorin I : عنوان کنترل :  
شروع کنترل  
۱۴۰۱/۰۵/۱۹:

سری ساخت : ۷۵۲۰۳۰۰

عنوان آزمایش : (Renin (upright  
عنوان دستگاه : لیازون

%CV	SD	SD <sub>۲</sub> -	SD <sub>۲</sub> -	SD <sub>۱</sub> -	MEAN	SD <sub>۱</sub>	SD <sub>۲</sub>	SD <sub>۲</sub>
۶.۸۰۵	۱.۶۱۳	۱۸.۸۶۹	۲۰.۴۸۲	۲۲.۰۹۵	۲۳.۷۰۸	۲۵.۳۲۱	۲۶.۹۳۴	۲۸.۵۴۷

مقدار	تاریخ
۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۴
۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۶
۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۹

مقدار	تاریخ
۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۳۳.۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۵
۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۹
۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۲

مقدار	تاریخ
۲۳.۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۱
۲۱.۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۳
۲۵.۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۵
۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۰

CV%: 6.499	SD: 1.588	Mean: 24.438
------------	-----------	--------------

