

Diasorin I : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۵/۱۹:

سری ساخت : ۷۵۲۰۳۰۰

عنوان آزمایش : Renin (upright)
عنوان دستگاه : لیازون

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۶.۷۸	۱.۶۰۵	۱۸.۸۶۲	۲۰.۴۶۷	۲۲.۰۷۲	۲۳.۶۷۷	۲۵.۲۸۲	۲۶.۸۸۷	۲۸.۴۹۲

مقدار	تاریخ
۲۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۲۳.۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۷
۲۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۹

مقدار	تاریخ
۲۵.۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۲۴.۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۵
۲۵.۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۲۲.۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۲۳.۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۲

مقدار	تاریخ
۲۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۲۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۲۱.۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۲۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۲۳.۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۰

CV%: 5.822	SD: 1.395	Mean: 23.962
------------	-----------	--------------

