

عنوان کنترل : کنترل I
شروع کنترل: ۱۴۰۱/۱۱/۰۸

عنوان آزمایش : (Renin (upright
عنوان دستگاه : IDS
سری ساخت : ۴۴۶۹/

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۱,۲۶۴	۱,۶۱۳	۹,۴۸۱	۱۱,۰۹۴	۱۲,۷۰۷	۱۴,۳۲	۱۵,۹۳۳	۱۷,۵۴۶	۱۹,۱۵۹

مقدار	تاریخ
۱۴,۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۶

مقدار	تاریخ
۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۹
۱۴,۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۱
۱۳,۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۴

مقدار	تاریخ
۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۴
۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۷

CV%: 9.678	SD: 1.343	Mean: 13.871
------------	-----------	--------------

