

عنوان آزمایش : (Renin (upright
عنوان دستگاه : IDS
سری ساخت : /۴۴۷۰
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
کنترل II :

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۶.۸۳۲	۷.۴۷۳	۸۶.۹۶۲	۹۴.۴۳۵	۱۰۱.۹۰۸	۱۰۹.۳۸۱	۱۱۶.۸۵۴	۱۲۴.۳۳۷	۱۳۱.۸

مقدار	تاریخ
۱۰۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۷
۱۱۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۹

مقدار	تاریخ
۱۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۵
۱۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۸
۱۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۳
۱۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۵

مقدار	تاریخ
۹۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۱۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۱۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۱۱۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۳

CV%: 4.803	SD: 5.168	Mean: 107.6
------------	-----------	-------------

