

عنوان آزمایش : (Renin (upright  
عنوان دستگاه : IDS  
سرری ساخت : /۴۴۷۰  
عنوان کنترل : کنترل II  
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۱۱/۰۸

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۴,۱۹۵	۴,۴۹۶	۹۳,۶۷۹	۹۸,۱۷۵	۱۰۲,۶۷۱	۱۰۷,۱۶۷	۱۱۱,۶۶۳	۱۱۶,۱۵۹	۱۲۰,۶۵۵

مقدار	تاریخ
۱۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۶

مقدار	تاریخ
۱۱۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۵

CV%: 6.926	SD: 7.55	Mean: 109
------------	----------	-----------

