

Diasorin I : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۱۱/۱۰

سری ساخت : ۷۵۲۰۳۴۱

عنوان آزمایش : (Renin upright)  
عنوان دستگاه : لیازون

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۵,۰۰۲	۱,۳۰۷	۲۲,۲۱۶	۲۳,۵۲۳	۲۴,۸۳	۲۶,۱۳۷	۲۷,۴۴۴	۲۸,۷۵۱	۳۰,۰۵۸

مقدار	تاریخ
۲۲,۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۷
۲۶,۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۹
۲۲,۶	۱۴۰۳/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۲۵,۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۳
۲۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۷
۲۶,۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۰
۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۲
۲۵,۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۴

مقدار	تاریخ
۲۵,۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۱
۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۳
۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۶
۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۸
۲۴,۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۰

CV%: 6.266	SD: 1.581	Mean: 25.238
------------	-----------	--------------

