

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

Diasorin II : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۳۹۹/۱۱/۱۴:

Renin (upright)-CLIA : عنوان آزمایش :
لیازون : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۷۵۳۰۲۹۰

%CV	SD	SD۲-	SD۲-	SD۱-	MEAN	SD۱	SD۲	SD۲
۵.۷	۸.۴۳۳	۷۵.۹۰۱	۸۴.۳۳۴	۹۲.۷۶۷	۱۰۱.۲	۱۰۹.۶۳۳	۱۱۸.۰۶۶	۱۲۶.۴۹۹

مقدار	تاریخ
۹۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۳
۹۰.۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۵

مقدار	تاریخ
۱۰۲.۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۳
۹۴.۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۶
۹۸.۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۸
۹۹.۴	۱۳۹۹/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۰۳.۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۴
۱۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۶
۱۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۹
۹۴.۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۱

CV%: 6.399	SD: 6.323	Mean: 98.81
------------	-----------	-------------

