

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

Diasorin I : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۳۹۹/۰۶/۳۰:

Renin (upright)-CLIA : عنوان آزمایش :
لیازون : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۷۵۲۰۲۹۰

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۷.۸۱۶	۲.۰۷۸	۲۰.۲۵۲	۲۲.۴۳	۲۶.۵۸۶	۲۸.۶۶۴	۳۰.۷۴۳	۳۲.۸۲

مقدار	تاریخ
۲۵.۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۵
۲۹.۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۷
۲۴	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۲۷.۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۳
۲۴.۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۲۷.۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۸
۲۹.۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۰
۲۸.۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۳

مقدار	تاریخ
۲۷.۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۲
۲۸.۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۴
۲۵.۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۶
۲۵.۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۲۴.۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۱

CV%: 7.219	SD: 1.93	Mean: 26.731
------------	----------	--------------

