

عنوان آزمایش : Rubella Ab (IgG)  
عنوان دستگاه : لیازون

سری ساخت : ۷۰۴۸۰۶۰

عنوان کنترل : کنترل داخل کیت  
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۱۱/۰۱

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
35.834	32.794	29.754	26.714	23.674	20.634	17.594	3.04	11.381

تاریخ	مقدار
27/01/1403	32.6
28/01/1403	31.6
29/01/1403	27.2

تاریخ	مقدار
18/01/1403	31.3
19/01/1403	25.2
20/01/1403	21.3
21/01/1403	30
25/01/1403	25
26/01/1403	28.1

تاریخ	مقدار
07/01/1403	27.8
08/01/1403	25.4
09/01/1403	30.3
11/01/1403	17.9
14/01/1403	27.5
15/01/1403	24.2

Mean: 27.027	SD: 4.018	CV%: 14.865
--------------	-----------	-------------

