

عنوان آزمایش : (Rubella Ab (IgG
عنوان دستگاه : لیازون
سری ساخت : ۷۰۴۸۰۶۰
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
کنترل داخل کیت : عنوان کنترل :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۱,۱۰۴	۳,۰۴۷	۱۸,۲۹۶	۲۱,۳۴۳	۲۴,۳۹	۲۷,۴۳۷	۳۰,۴۸۴	۳۳,۵۳۱	۳۶,۵۷۸

مقدار	تاریخ
۲۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۲
۲۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۲۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۴
۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۶
۲۴,۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۷

مقدار	تاریخ
۲۹,۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۰
۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۲
۲۵,۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۳
۲۵,۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۷
۲۸,۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۹
۲۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۰
۲۹,۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۱

مقدار	تاریخ
۲۸,۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۱
۲۴,۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۳
۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۵
۲۷,۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۶
۲۶,۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷
۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۸
۲۸,۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۹

CV%: 8.664	SD: 2.286	Mean: 26.379
------------	-----------	--------------

