

عنوان آزمایش : Rubella Ab (IgM)  
عنوان دستگاه : لیازون

سری ساخت : ۵۵۶۰۴۴۰

عنوان کنترل : diasorin  
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۹/۰۶

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
113.895	103.471	93.047	82.623	72.199	61.775	51.351	10.424	12.616

تاریخ	مقدار
29/01/1403	85

تاریخ	مقدار
25/01/1403	76
26/01/1403	65
27/01/1403	88
28/01/1403	93

تاریخ	مقدار
18/01/1403	90.4
19/01/1403	84
20/01/1403	58.9
21/01/1403	66

Mean: 78.478	SD: 12.468	CV%: 15.887
--------------	------------	-------------

