

diasorin : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۹/۰۶

سری ساخت : ۵۵۶۰۴۴۰

عنوان آزمایش : (Rubella Ab (IgM
عنوان دستگاه : لیازون

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۳,۹۰۵	۱۰,۸۰۳	۴۵,۲۸۴	۵۶,۰۸۷	۶۶,۸۹	۷۷,۶۹۳	۸۸,۴۹۶	۹۹,۲۹۹	۱۱۰,۱۰۲

مقدار	تاریخ
۸۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۲
۶۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۶۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۴
۷۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۶
۸۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۷

مقدار	تاریخ
۵۷,۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۰
۷۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۲
۹۵,۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳
۸۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۷
۸۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۹
۶۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۰
۷۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۱

مقدار	تاریخ
۶۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۱
۶۳,۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۳
۵۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۵
۷۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۶
۸۰,۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۷
۷۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۸
۷۲,۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۹

CV%: 14.484	SD: 10.504	Mean: 72.521
-------------	------------	--------------

