

عنوان کنترل : کنترل مثبت

Anti SCL-70

عنوان آزمایش :

(Ab)Topoisomerase

شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۲/۰۵

سری ساخت : E231016AE

الایزایدر

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۷,۶۷۴	۹,۷۸۳	۹۸,۱۲۶	۱۰۷,۹۰۹	۱۱۷,۶۹۲	۱۲۷,۴۷۵	۱۳۷,۲۵۸	۱۴۷,۰۴۱	۱۵۶,۸۲۴

مقدار	تاریخ
۱۳۷	۱۴۰۳/۰۳/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۳۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۰
۱۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۱۱۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۴
۱۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۷

مقدار	تاریخ
۱۲۳,۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۶
۱۱۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۱۲۴,۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۳
۱۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۶

CV%: 7.373	SD: 9.203	Mean: 124.822
------------	-----------	---------------

