

pos con : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۱۱/۰۱

سری ساخت : e230621bn

Anti SSA (Ro) Ab : عنوان آزمایش :  
الایزایدر : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۰	۸	۹۵	۱۰۳	۱۱۱	۱۱۹	۱۲۷	۱۳۵	۱۴۳

مقدار	تاریخ
۱۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۱۳۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۱۳۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۶

مقدار	تاریخ
۱۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۱۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۰
۱۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۱۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۲

مقدار	تاریخ
۱۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۱۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۱۳۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۴
۱۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۷

CV%: 12.055	SD: 14.159	Mean: 117.455
-------------	------------	---------------

