

عنوان آزمایش : Anti SSB (La) Ab
عنوان دستگاه : الیزابدر
عنوان کنترل : عنوان کنترل :
شروع کنترل :
سری ساخت : ۲۰۵۰۹
کنترل مثبت : ۱۴۰۰/۰۴/۰۱:

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۰	۶.۶۶۷	۲۹.۹۹۹	۳۶.۶۶۶	۴۳.۳۳۳	۵۰	۵۶.۶۶۷	۶۳.۳۳۴	۷۰.۰۰۱

مقدار	تاریخ
۶۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۱
۴۵	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۵۵	۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۵۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸
۵۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۴۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۳

مقدار	تاریخ
۴۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۶۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۳
۴۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۴۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۴۲	۱۴۰۰/۰۵/۰۲
۳۹	۱۴۰۰/۰۵/۰۴
۴۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۶
۴۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۹

مقدار	تاریخ
۵۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۲
۴۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۵
۵۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۷
۵۶	۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۴۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۲
۵۵	۱۴۰۰/۰۴/۱۴
۳۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۶۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۹

CV%: 14.574	SD: 7.314	Mean: 50.182
-------------	-----------	--------------

