

عنوان کنترل : کنترل مثبت
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۳/۰۱

سری ساخت: e231107bm

عنوان آزمایش : Anti SSB (La) Ab
عنوان دستگاه : الیزاریدر

| %CV | SD | SD ^۳ - | SD ^۲ - | SD ^۱ - | MEAN | SD ^۱ | SD ^۲ | SD ^۳ |
|-----|-------|-------------------|-------------------|-------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۰ | ۷,۱۱۱ | ۸۶,۶۶۶ | ۹۳,۷۷۷ | ۱۰۰,۸۸۹ | ۱۰۸ | ۱۱۵,۱۱۱ | ۱۲۲,۲۲۳ | ۱۲۹,۳۳۴ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
| ۱۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۱۱۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
| ۱۰۸,۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۱۲۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |

| | | |
|------------|-----------|---------------|
| CV%: 6.358 | SD: 7.203 | Mean: 113.283 |
|------------|-----------|---------------|

