

عنوان آزمایش : (Triiodothyronine (T3  
عنوان دستگاه : simense  
عنوان کنترل : prmium III  
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۱۲/۲۰  
سری ساخت : EC۲۱۸۷

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۹,۸۷۵	۴۴,۶	۳۱۷,۸۵	۳۶۲,۴۵	۴۰۷,۰۵	۴۵۱,۶۵	۴۹۶,۲۵	۵۴۰,۸۵	۵۸۵,۴۵

مقدار	تاریخ
۴۵۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۴
۴۶۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۶
۵۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۷
۳۹۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۹
۳۸۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰
۴۸۸	۱۴۰۳/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۲
۴۸۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۳
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۹
۴۸۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۰
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۱
۴۸۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۲
۵۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۳

مقدار	تاریخ
۳۸۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۳
۳۸۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۵
۴۶۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۶
۴۶۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۷
۳۹۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۸
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۰

CV%: 10.097	SD: 44.608	Mean: 441.8
-------------	------------	-------------

