

عنوان آزمایش : (Total Thyroxine (T4
عنوان دستگاه : simense
سری ساخت : EC۲۱۸۷
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
عنوان کنترل : permium plus III

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۹,۷۶۷	۱,۵۶۵	۱۱,۳۲۹	۱۲,۸۹۴	۱۴,۴۵۹	۱۶,۰۲۴	۱۷,۵۸۹	۱۹,۱۵۴	۲۰,۷۱۹

مقدار	تاریخ
۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۴
۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۶
۱۸,۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۷
۱۶,۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۹
۱۴,۴	۱۴۰۳/۰۳/۳۰
۱۴,۸	۱۴۰۳/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۲
۱۴,۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۳
۱۴,۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۶
۱۴,۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۷
۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۹
۱۵,۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۰
۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۱
۱۳,۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۴,۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۱
۱۶,۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۳
۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۵
۱۵,۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۶
۱۵,۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۷
۱۳,۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۸
۱۵,۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۱۵,۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۰

CV%: 8.373	SD: 1.288	Mean: 15.383
------------	-----------	--------------

