

عنوان کنترل : Cardia II
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سری ساخت : ۵۱۹۸۲۲۹۹

عنوان آزمایش : Digoxin
عنوان دستگاه : Cobas E411

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۹.۷	۰.۲۳۳	۲.۲۰۱	۲.۴۳۴	۲.۶۶۷	۲.۹	۲.۱۳۳	۳.۲۶۶	۳.۵۹۹

مقدار	تاریخ
۲.۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳.۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۲.۹۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲.۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۵
۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۲.۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۲.۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۰

مقدار	تاریخ
۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۹
۲.۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۰
۲.۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۱
۲.۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۳.۰۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۹
۲.۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۴
۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۱
۲.۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۲
۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۲.۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۲.۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۷

مقدار	تاریخ
۲.۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۷
۳.۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۲.۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۳
۲.۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۲.۹۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۶
۲.۸۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۷
۲.۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۲.۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۵
۳.۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۲.۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۷

CV%: 10.132	SD: 0.282	Mean: 2.786
-------------	-----------	-------------

