

عنوان آزمایش : Phenobarbital  
عنوان دستگاه : hplc  
عنوان کنترل : پولد سرم  
سری ساخت : ۰۱  
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۱۰/۱۵

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۵.۲۴	۲.۰۲۸	۳۲.۶۱۶	۳۴.۶۴۴	۳۶.۶۷۲	۳۸.۷	۴۰.۷۲۸	۴۲.۷۵۶	۴۴.۷۸۴

مقدار	تاریخ
۳۹.۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۳۹.۵	۱۴۰۲/۰۳/۳۰
۳۹.۵	۱۴۰۲/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۳۶.۷	۱۴۰۲/۰۳/۳۰
۳۹.۷	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۴۰.۵	۱۴۰۲/۰۳/۳۳
۳۸	۱۴۰۲/۰۳/۳۴
۳۶.۷	۱۴۰۲/۰۳/۳۷
۳۹.۳	۱۴۰۲/۰۳/۳۸

مقدار	تاریخ
۳۸.۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۳۸.۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۳۶.۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۳۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۳۷.۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۳۷.۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۸

CV%: 3.205	SD: 1.231	Mean: 38.4
------------	-----------	------------

