

عنوان آزمایش : TPO Ab (Microsomal Ab)-CLIA
عنوان دستگاه : سری ساخت : A5782
- Control : عنوان کنترل : شروع کنترل : ۱۴۰۲/۱۲/۰۹

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۷,۷۷	۰,۳۸۷	۱,۰۱۵	۱,۴۰۲	۱,۷۸۹	۲,۱۷۶	۲,۵۶۳	۲,۹۵	۳,۳۳۷

مقدار	تاریخ
۱,۸۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۷
۲,۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۹
۲,۳	۱۴۰۳/۰۳/۳۰
۱,۸	۱۴۰۳/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۹
۲,۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۰
۱,۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۱
۲,۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۲
۱,۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۲,۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۴
۱,۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۶

مقدار	تاریخ
۱,۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷
۲,۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۸
۲,۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۱,۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۰
۱,۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۲
۲,۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۳
۲,۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۶

CV%: 13.769	SD: 0.278	Mean: 2.018
-------------	-----------	-------------

