

permium plus III : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۳/۰۳

سری ساخت : EC۲۱۸۷

TSH : عنوان آزمایش :  
simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱۲,۵	۱,۵	۱۷	۱۸,۵	۲۰	۲۱,۵	۲۳	۲۴,۵	۲۶

مقدار	تاریخ
۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۴
۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۶
۱۹,۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷
۲۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۹
۲۳,۸	۱۴۰۳/۰۳/۳۰
۱۸,۷	۱۴۰۳/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۲۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۳
۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۶
۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۷
۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۹
۱۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۰
۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۱
۲۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۲
۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۳

مقدار	تاریخ
۲۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۳
۲۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۵
۲۲,۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۶
۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۷
۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۸
۲۱,۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۰
۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۲

CV%: 9.025	SD: 2.038	Mean: 22.582
------------	-----------	--------------

