

عنوان آزمایش : Tacrolimus

عنوان دستگاه : ABBOTT

سری ساخت : 01606182

عنوان کنترل :

architect III

شروع کنترل : 1399/05/28

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
23.386	22.186	20.986	19.786	18.586	17.386	16.186	1.2	6.063

تاریخ	مقدار
23/04/1400	19.5
26/04/1400	18.3

تاریخ	مقدار
14/04/1400	20.5
16/04/1400	19.8

تاریخ	مقدار
06/04/1400	21.6
09/04/1400	21.4

Mean: 20.183	SD: 1.245	CV%: 6.168
--------------	-----------	------------

