

Perci con -1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۸/۱۸:

Tacrolimus : عنوان آزمایش :
e 411 کوپاس : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۴۶۱۹۷۳

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۸.۶	۰.۲۲۳	۱.۵۵۱	۱.۷۷۴	۱.۹۹۷	۲.۲۲	۲.۴۴۳	۲.۶۶۶	۲.۸۸۹

مقدار	تاریخ
۲.۱۵	۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۲.۱۹	۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۲.۲۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۷

مقدار	تاریخ
۲.۳۶	۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۲.۵۱	۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۲.۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۲.۱۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۰

مقدار	تاریخ
۲.۱۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۹
۲.۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۲.۲۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۲.۲۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۶

CV%: 5.396	SD: 0.121	Mean: 2.249
------------	-----------	-------------

