

architect I : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۴۰۱/۱۲/۰۱

سری ساخت : ۰۲۲۱۱۲۰۱

Tacrolimus : عنوان آزمایش :

Abbott : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۶.۷	۰.۵	۳.۵۱	۴.۰۱	۴.۵۱	۵.۰۱	۵.۵۱	۶.۰۱	۶.۵۱

مقدار	تاریخ
۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۵.۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۵.۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۵.۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۱

مقدار	تاریخ
۴.۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۵
۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۸
۵.۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۴.۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۴.۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۴.۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۵.۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۴.۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۵.۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۴.۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۰
۴.۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۳

CV%: 5.459	SD: 0.276	Mean: 5.05
------------	-----------	------------

