

architect III : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۳۹۹/۰۵/۲۸:

سری ساخت : ۰۱۶۰۶۱۸۲

Tacrolimus : عنوان آزمایش :
ABBOTT : عنوان دستگاه :

| %CV | SD | SD ₂ - | SD ₁ - | MEAN | SD ₁ | SD ₂ | SD ₃ |
|-----|-------|-------------------|-------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۶.۷ | ۱.۸۸۳ | ۱۳.۳۰۱ | ۱۵.۱۸۴ | ۱۸.۹۵ | ۲۰.۸۳۳ | ۲۲.۷۱۶ | ۲۴.۵۹۹ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۱۸.۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
| ۲۰.۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
| ۲۰.۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۲۱.۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
| ۲۰.۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
| ۱۹.۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
| ۲۰.۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
| ۱۹.۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۱۸.۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
| ۱۷.۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
| ۱۹.۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
| ۱۷.۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
| ۲۰.۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |

| | | |
|------------|-----------|--------------|
| CV%: 6.045 | SD: 1.187 | Mean: 19.627 |
|------------|-----------|--------------|

