

multichemII : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۸/۰۱:

سری ساخت : ۰۲۱۱۱۱۹۲

Tacrolimus : عنوان آزمایش :
abbott : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۷.۳	۱.۴۶۷	۱۰.۱۹۹	۱۱.۶۶۶	۱۳.۱۳۳	۱۴.۶	۱۶.۰۶۷	۱۷.۵۳۴	۱۹.۰۰۱

مقدار	تاریخ
۱۶.۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۱۵.۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۱۴.۳	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۵.۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۱۴.۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۱۵.۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۰

مقدار	تاریخ
۱۴.۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۱۴.۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۵
۱۵.۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۹
۱۴.۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۲
۱۴.۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۱۶.۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۶
۱۴.۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۹
۱۴.۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۱۵.۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۳

مقدار	تاریخ
۱۶.۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۲
۱۵.۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۷
۱۷.۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۱۶.۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۱۵.۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۸
۱۴.۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۵
۱۵.۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۸

CV%: 5.296	SD: 0.808	Mean: 15.25
------------	-----------	-------------

