

عنوان کنترل : perci con-2
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۱۰/۰۶

عنوان آزمایش : Tacrolimus
عنوان دستگاه : کوباس e 411
سری ساخت : ۵۷۷۹۱۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۷	۰,۸۹	۶,۲۶	۷,۱۵	۸,۰۴	۸,۹۳	۹,۸۲	۱۰,۷۱	۱۱,۶

مقدار	تاریخ
۹,۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۸,۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۸,۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۲

مقدار	تاریخ
۸,۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۱۰,۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۸
۱۰,۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۹,۳۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۳

مقدار	تاریخ
۹,۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۹,۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۹,۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۹,۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۳

CV%: 6.128	SD: 0.575	Mean: 9.388
------------	-----------	-------------

