

architect I : عنوان کنترل :

شروع کنترل : ۱۴۰۱/۱۲/۰۱

سری ساخت : ۰۲۲۱۱۲۰۱

Tacrolimus : عنوان آزمایش :

Abbott : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ² -	SD ² -	SD ¹ -	MEAN	SD ¹	SD ²	SD ²
۶.۷	۰.۵	۳.۵۱	۴.۰۱	۴.۵۱	۵.۰۱	۵.۵۱	۶.۰۱	۶.۵۱

مقدار	تاریخ
۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۱
۵.۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۵.۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۵.۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۸
۵.۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۵.۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۵.۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۴.۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۵	۱۴۰۲/۰۲/۳۰

مقدار	تاریخ
۴.۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۷
۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۵.۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۵.۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۵.۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۱
۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۶
۵.۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۵.۵	۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۵.۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۵.۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۹

مقدار	تاریخ
۵.۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۴.۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۵.۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۴.۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۰
۴.۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۴.۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۵
۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۸
۵.۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۰
۴.۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۴.۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۴

CV%: 6.838	SD: 0.356	Mean: 5.21
------------	-----------	------------

