

multichemII : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۱۱/۲۱

Tacrolimus : عنوان آزمایش :
sری ساخت : ۰۱۶۰۶۱۸۰
abbott : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۶.۴۵۹	۰.۶۷۸	۸.۴۶۳	۹.۱۴۱	۹.۸۱۹	۱۰.۴۹۷	۱۱.۱۷۵	۱۱.۸۵۳	۱۲.۵۳۱

مقدار	تاریخ
۹.۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۸
۱۰.۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۱

مقدار	تاریخ
۱۱.۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۴
۱۰.۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۶

مقدار	تاریخ
۱۰.۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۹
۱۰.۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۱

CV%: 5.625	SD: 0.589	Mean: 10.467
------------	-----------	--------------

