

ABBOTT-1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷

سری ساخت : //۳۵۷۱۰۲۱۱

Testosterone : عنوان آزمایش :
ABBOT : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۹,۷۷۳	۲,۹۶۷	۲۱,۴۵۶	۲۴,۴۲۳	۲۷,۳۹	۳۰,۳۵۷	۳۳,۳۲۴	۳۶,۲۹۱	۳۹,۲۵۸

مقدار	تاریخ
۲۹,۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۱
۳۱,۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۲
۲۷,۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۲۹,۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۴
۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۶

مقدار	تاریخ
۲۹,۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۰
۲۹,۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۲
۳۱,۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۳
۲۷,۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۶
۲۹,۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۷
۲۷,۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۹
۲۷,۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۰

مقدار	تاریخ
۲۹,۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۱
۳۰,۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۳
۲۹,۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۵
۲۹,۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۶
۲۷,۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۷
۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۸
۲۶,۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۹

CV%: 5.281	SD: 1.536	Mean: 29.089
------------	-----------	--------------

