

permium plus II : عنوان کنترل :

شروع کنترل : ۱۴۰۱/۱۲/۲۰

Thyroglobulin : عنوان آزمایش :

simense

سری ساخت : EC۲۱۰۷

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۶,۹۸۲	۱,۰۳۸	۱۱,۷۵۶	۱۲,۷۹۴	۱۳,۸۳۲	۱۴,۸۷	۱۵,۹۰۸	۱۶,۹۴۶	۱۷,۹۸۴

مقدار	تاریخ
۱۲,۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۴
۱۴,۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۱۳,۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۱۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۸
۱۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۴,۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۱۳,۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۱۴,۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۱۵,۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۱۴,۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۱۳,۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۱۴,۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۱۳,۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۳

مقدار	تاریخ
۱۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۱۴,۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۱۵,۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۱۵,۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۱۳,۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۱۴,۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۱۳,۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۰

CV%: 5.51	SD: 0.776	Mean: 14.091
-----------	-----------	--------------

