

عنوان آزمایش : Toxoplasma Ab (IgG)
عنوان دستگاه : لیازون

سری ساخت : ۸۳۸۰۴۸۰

عنوان کنترل : LIASON CON
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۸/۰۹

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
36.194	33.656	31.118	28.58	26.042	23.504	20.966	2.538	8.88

تاریخ	مقدار
28/01/1403	24.5
29/01/1403	29

تاریخ	مقدار
21/01/1403	32
25/01/1403	30
26/01/1403	26
27/01/1403	23.9

تاریخ	مقدار
15/01/1403	24.4
18/01/1403	31.4
19/01/1403	34
20/01/1403	25

Mean: 28.02	SD: 3.705	CV%: 13.224
-------------	-----------	-------------

