

LIASON CON : عنوان کنترل : عنوان آزمایش : (Toxoplasma Ab (IgM
 شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ : سری ساخت : ۵۶۱۰۴۴۰ : لیازون : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۲,۴۴۶	۳,۲۲۲	۱۶,۲۲۱	۱۹,۴۴۳	۲۲,۶۶۵	۲۵,۸۸۷	۲۹,۱۰۹	۳۲,۳۳۱	۳۵,۵۵۳

مقدار	تاریخ
۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۴
۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۶
۱۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۷

مقدار	تاریخ
۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۲
۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۳
۲۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۷
۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۹
۲۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۰
۲۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۱
۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۲

مقدار	تاریخ
۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۱
۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۳
۲۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۶
۲۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۷
۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۸
۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۲۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۰

CV%: 11.449	SD: 2.754	Mean: 24.056
-------------	-----------	--------------

