

عنوان کنترل : abbot-2
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۹/۰۸:

سری ساخت : UD۳۰۰۹۷۰۰

عنوان آزمایش : Troponin I-CLIA
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۷.۷	۰.۰۱۸	۰.۱۷۸	۰.۱۹۶	۰.۲۱۴	۰.۲۳۲	۰.۲۵	۰.۲۶۸	۰.۲۸۶

مقدار	تاریخ
۰.۲۳۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۰.۲۳۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۵
۰.۲۲۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۰.۲۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۰.۲۳۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۸
۰.۲۲۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۰.۲۲۴	۱۴۰۰/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۰.۲۳۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۲
۰.۲۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۰.۲۴۴	۱۴۰۰/۱۰/۱۴
۰.۲۲۴	۱۴۰۰/۱۰/۱۵
۰.۲۴	۱۴۰۰/۱۰/۱۸
۰.۲۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۹
۰.۲۳۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۰
۰.۲۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۱
۰.۲۳۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۲

مقدار	تاریخ
۰.۲۴۹	۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۰.۲۳۷	۱۴۰۰/۱۰/۰۲
۰.۲۳۴	۱۴۰۰/۱۰/۰۴
۰.۲۴۵	۱۴۰۰/۱۰/۰۵
۰.۲۴۴	۱۴۰۰/۱۰/۰۶
۰.۲۳	۱۴۰۰/۱۰/۰۷
۰.۲۵۴	۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۰.۲۴۷	۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۰.۲۳۴	۱۴۰۰/۱۰/۱۱

CV%: 3.485	SD: 0.008	Mean: 0.236
------------	-----------	-------------

