

عنوان کنترل : abbot-1  
شروع کنترل  
۱۳۹۹/۰۵/۰۲:

سری ساخت : u100۰۴۴۲۸

عنوان آزمایش : Troponin I-CLIA  
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۵.۹۱۲	۰.۰۰۱	۰.۰۱۵	۰.۰۱۶	۰.۰۱۷	۰.۰۱۸	۰.۰۱۹	۰.۰۲	۰.۰۲۱

مقدار	تاریخ
۰.۰۱۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۴
۰.۰۲	۱۴۰۰/۰۳/۲۵
۰.۰۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۶
۰.۰۱۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۷
۰.۰۲	۱۴۰۰/۰۳/۲۹
۰.۰۱۹	۱۴۰۰/۰۳/۳۰
۰.۰۲	۱۴۰۰/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۰.۰۱۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۱
۰.۰۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۰.۰۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۳
۰.۰۱۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۷
۰.۰۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۸
۰.۰۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۰.۰۲	۱۴۰۰/۰۳/۲۰
۰.۰۱۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۲
۰.۰۱۷	۱۴۰۰/۰۳/۲۳

مقدار	تاریخ
۰.۰۲	۱۴۰۰/۰۳/۰۱
۰.۰۱۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۰.۰۲	۱۴۰۰/۰۳/۰۳
۰.۰۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۰.۰۲	۱۴۰۰/۰۳/۰۵
۰.۰۱۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۰.۰۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۰.۰۱۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۹
۰.۰۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۰

CV%: 5.137	SD: 0.001	Mean: 0.019
------------	-----------	-------------

