

عنوان کنترل : abbot-2
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۷/۰۴:

سری ساخت : UI00۲۲۴۲۰

عنوان آزمایش : Troponin I-CLIA
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD _۲ -	SD _۲ -	SD _۱ -	MEAN	SD _۱	SD _۲	SD _۲
۵.۳	۰.۰۲۷	۰.۱۱۹	۰.۱۴۶	۰.۱۷۳	۰.۲	۰.۲۲۷	۰.۲۵۴	۰.۲۸۱

مقدار	تاریخ
۰.۲۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۰.۲۲۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۵
۰.۲۲۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۰.۲۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۰.۲۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۰.۲۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۹

مقدار	تاریخ
۰.۲۴۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۰.۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۷
۰.۲۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۰.۲۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۹
۰.۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۰.۱۹۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۰.۲۲۷	۱۴۰۰/۰۷/۲۲

مقدار	تاریخ
۰.۲۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۰.۲۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۰.۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۰.۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۰.۲۴۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۰
۰.۱۹۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۰.۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۲

CV%: 7.9	SD: 0.018	Mean: 0.228
----------	-----------	-------------

