

عنوان کنترل : abbot-2
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۹/۰۸:

سری ساخت : UD۳۰۰۹۷۰۰

عنوان آزمایش : Troponin I-CLIA
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۵.۳	۰.۰۲۷	۰.۱۱۹	۰.۱۴۶	۰.۱۷۳	۰.۲	۰.۲۲۷	۰.۲۵۴	۰.۲۸۱

مقدار	تاریخ
۰.۲۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۴
۰.۲۳۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۰.۲۵۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۷
۰.۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۰.۱۹۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۰.۲۴	۱۴۰۰/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۰.۲۳۶	۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۰.۲۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۰.۲۵	۱۴۰۰/۰۹/۱۸
۰.۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۰
۰.۲۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۱
۰.۲۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۲
۰.۲۴۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳

مقدار	تاریخ
۰.۲۴۴	۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۰.۲۴۵	۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۰.۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۰
۰.۲۴۹	۱۴۰۰/۰۹/۱۱
۰.۲۴۷	۱۴۰۰/۰۹/۱۲
۰.۲۲۵	۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۰.۲۴۸	۱۴۰۰/۰۹/۱۵

CV%: 7.7	SD: 0.018	Mean: 0.233
----------	-----------	-------------

