

abbott III : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۹/۲۷

سری ساخت : ud۲۸۳۰۹

Troponin I : عنوان آزمایش :
ABBOTT : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۵.۳	۲	۹	۱۱	۱۳	۱۵	۱۷	۱۹	۲۱

مقدار	تاریخ
۱۵.۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۱۵.۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۱۵.۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۴.۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۱۵.۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۱۵.۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۱۴.۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۹

مقدار	تاریخ
۱۵.۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۱۵.۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۳
۱۶.۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۴
۱۵.۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۱۶.۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۷
۱۵.۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۸
۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۱۴.۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۱

مقدار	تاریخ
۱۴.۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۷
۱۵.۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۱۳.۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۹
۱۴.۲	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۵.۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۱۵.۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۴
۱۶.۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۱۴.۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۱۵.۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۱

CV%: 4.395	SD: 0.669	Mean: 15.212
------------	-----------	--------------

