

abbott III : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۱/۰۹/۲۷

سری ساخت : ud۳۸۳۰۹

Troponin I : عنوان آزمایش :
ABBOTT : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۳.۳۷۲	۰.۵۱۱	۱۳.۶۲۲	۱۴.۱۳۳	۱۴.۶۴۴	۱۵.۱۵۵	۱۵.۶۶۶	۱۶.۱۷۷	۱۶.۶۸۸

مقدار	تاریخ
۱۵.۰۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۱۵.۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۷
۱۴.۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۸

مقدار	تاریخ
۱۵.۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۱۵.۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۱۴.۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۰
۱۴.۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۱۴.۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۴.۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۳

مقدار	تاریخ
۱۵.۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۱۵.۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۱۵.۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۱۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۱۵.۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۱۴.۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۶

CV%: 3.125	SD: 0.469	Mean: 15.004
------------	-----------	--------------

