

عنوان کنترل : abbot III  
شروع کنترل  
۱۴۰۱/۰۱/۲۳:

سری ساخت : UD00۳۱۴۲۷

عنوان آزمایش : Troponin I-CLIA  
عنوان دستگاه : ABBOTT

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۵.۳	۲	۹	۱۱	۱۳	۱۵	۱۷	۱۹	۲۱

مقدار	تاریخ
۱۷.۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۴
۱۶.۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۱۴.۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۶
۱۷.۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۱۷.۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۱۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۱۷.۵	۱۴۰۱/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۷.۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
۱۴.۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۱۷.۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۱۶.۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۱
۱۶.۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۱۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۱۶.۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۷
۱۵.۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۸
۱۶.۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۹
۱۴.۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۰
۱۶.۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۱
۱۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۷.۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۳
۱۶.۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۴
۱۷.۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۱۶.۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۷
۱۶.۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۸
۱۷.۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۹
۱۶.۹	۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۱۴.۹	۱۴۰۱/۰۱/۳۱
۱۷.۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۱
۱۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۴
۱۷.۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۵
۱۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۶

CV%: 4.732	SD: 0.79	Mean: 16.689
------------	----------	--------------

