

abbott III : عنوان کنترل :  
شروع کنترل  
۱۴۰۱/۰۱/۲۳:

UD00۳۱۴۲۷ : سری ساخت

Troponin I-CLIA : عنوان آزمایش :  
ABBOTT : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۳.۲۱۶	۰.۵۴	۱۵.۱۷۲	۱۵.۷۱۲	۱۶.۲۵۲	۱۶.۷۹۲	۱۷.۳۳۲	۱۷.۸۷۲	۱۸.۴۱۲

مقدار	تاریخ
۱۶.۰۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۵
۱۶.۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۱۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۸
۱۷.۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۱۷.۳	۱۴۰۱/۰۳/۳۰
۱۷	۱۴۰۱/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۱
۱۷.۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۱۶.۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۱۶.۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۷
۱۶.۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۸
۱۶.۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۱۶.۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۱
۱۷.۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۱۵.۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۴

مقدار	تاریخ
۱۶.۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۱۷.۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۲
۱۶.۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۱۶.۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۱۶.۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۵
۱۶.۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۱۷.۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۸
۱۶.۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۹
۱۷.۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۰

CV%: 2.454	SD: 0.412	Mean: 16.794
------------	-----------	--------------

