

عنوان کنترل : abbot-1
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۵/۲۰

عنوان آزمایش : Troponin I
عنوان دستگاه : abbot
سری ساخت : ۰۱

%CV	SD	SD ₁ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۵.۹۲۵	۰.۰۰۱	۰.۰۱۸	۰.۰۱۹	۰.۰۲	۰.۰۲۱	۰.۰۲۲	۰.۰۲۳	۰.۰۲۴

مقدار	تاریخ
۰.۰۲۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۳
۰.۰۲۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۴
۰.۰۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۶

مقدار	تاریخ
۰.۰۲۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۰.۰۱۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۲
۰.۰۲۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۶
۰.۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۸
۰.۰۲۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۰
۰.۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۱

مقدار	تاریخ
۰.۰۲۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۲
۰.۰۲۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۴
۰.۰۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۰.۰۲۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۷
۰.۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۹
۰.۰۲۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۰

CV%: 5.326	SD: 0.001	Mean: 0.021
------------	-----------	-------------

