

عنوان کنترل : abbot-2

شروع کنترل : ۱۴۰۱/۱۱/۱۹

سری ساخت : /ud00۳۸۳۰۸

عنوان آزمایش : Troponin I

عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۵.۷۲۲	۰.۰۱۳	۰.۱۸۷	۰.۲	۰.۲۱۳	۰.۲۲۶	۰.۲۳۹	۰.۲۵۲	۰.۲۶۵

مقدار	تاریخ
۰.۲۱۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۷
۰.۲۴۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۰.۲۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۹
۰.۲۲۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۰.۲۱۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۰
۰.۲۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۱
۰.۲۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۲
۰.۲۱۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۰.۲۴۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۰.۲۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۴
۰.۲۴۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۰.۲۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۰.۲۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۷
۰.۲۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۹

CV%: 6.016	SD: 0.014	Mean: 0.227
------------	-----------	-------------

