

عنوان کنترل : abbot-2  
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۹/۰۱

عنوان آزمایش : Troponin I  
عنوان دستگاه : abbot  
سری ساخت : /ud00۵۰۶۳۲

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۷,۲۰۵	۰,۰۱۶	۰,۱۷۴	۰,۱۹	۰,۲۰۶	۰,۲۲۲	۰,۲۳۸	۰,۲۵۴	۰,۲۷

مقدار	تاریخ
۰,۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۴
۰,۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۰,۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۰,۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۰,۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۸
۰,۲	۱۴۰۲/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۰,۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۰,۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۰,۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۴
۰,۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۰,۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۰,۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۹
۰,۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۰,۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۱
۰,۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۳

مقدار	تاریخ
۰,۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۰,۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۰,۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۰,۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۰,۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۰,۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۰,۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۰,۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۰,۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱

CV%: 5.928	SD: 0.013	Mean: 0.213
------------	-----------	-------------

